

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Φίλτρα που ενδείκνυνται για μεθόδους πλασμαφαίρεσης.

Να είναι αποστειρωμένα με γ-ακτινοβολία.

Να διαθέτουν μεμβράνη τύπου πολυαιθυλενίου, επιφάνειας 0.2, 0.5 και 0.8 m² και όγκο 25ml, 55ml και 80ml αντίστοιχα.

Να έχουν διάμετρο πόρων 0,3 μm.