



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Διευθυντής: Καθηγητής
Ιωάννης Χ. Μαρούλης

Τηλ.: 2613-603299-462/2610-993396

E-mail: ioan.maroulis@gmail.com

Προς

Το Γραφείο Προμηθειών



Πάτρα, 11/6/2024

Α.Π: 5399

Παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στην λίστα τα παρακάτω υλικά τα οποία είναι απαραίτητα για τις επεμβάσεις μας στο χειρουργείο.

Προδιαγραφές

Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων έως 7mm, με ευθείες σιαγόνες μήκους 24cm, μιας χρήσεως, διαμέτρου 5mm και μήκος σιαγόνων 26,5mm, με ενσωματωμένη λάμα κοπής μήκους 23,5mm η οποία να ενεργοποιείται μέσω σκανδάλης. Να διαθέτει μηχανισμό καθήλωσης του ιστού με κατεύθυνση από την κορυφή των σιαγόνων προς το εγγύτερο σημείο του εργαλείου, εξασφαλίζοντας την ίδια πίεση και θερμική εξάχνωση σε όλο το μήκος του ιστού. Να έχει δυνατότητα άρθρωσης των σιαγόνων κατά 80° μέσω 6 θέσεων. Να διαθέτει πλήκτρο ενεργοποίησης του κύκλου άπαξ. Να έχει δυνατότητα περιστροφής κατά 360°. Να διαθέτει ενσωματωμένο καλώδιο. Να φέρει κλείδωμα χειρολαβής. Η γεννήτρια να παρέχεται ως συνοδός εξοπλισμός

Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων έως 7mm, με σιαγόνες τύπου Maryland, μήκους 36cm, μιας χρήσεως, διαμέτρου 5mm και μήκος σιαγόνων 21,5mm, με ενσωματωμένη λάμα κοπής μήκους 20mm η οποία να ενεργοποιείται μέσω σκανδάλης. Να διαθέτει μηχανισμό καθήλωσης του ιστού με κατεύθυνση από την κορυφή των σιαγόνων προς το εγγύτερο σημείο του εργαλείου, εξασφαλίζοντας την ίδια πίεση και θερμική εξάχνωση σε όλο το μήκος του ιστού. Να έχει δυνατότητα άρθρωσης των σιαγόνων κατά 80° μέσω 6 θέσεων. Να διαθέτει πλήκτρο ενεργοποίησης του κύκλου άπαξ. Να έχει δυνατότητα περιστροφής κατά 360°. Να διαθέτει ενσωματωμένο καλώδιο. Να φέρει κλείδωμα χειρολαβής. Η γεννήτρια να παρέχεται ως συνοδός εξοπλισμός.

Παρακαλώ με τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση

Καθηγητής: Ιωάννης Χ. Μαρούλης
Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής