

Προδιαγραφές

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ

(Ενδοσκοπικός Λαπαροσκοπικός Χειρουργικός εξοπλισμός & Ενισχυμένος Χειρουργικός Ιματισμός μ.χ)

- Να περιέχει ένα **ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ 100 X 75 cm**
Να είναι Ενισχυμένο Υπέρ απορροφητικό μη υφασμένο υλικό (non-woven) (3) τριών στρωμάτων LSP3 ++ με επίστρωση πολυαιθυλενίου (PE) για συγκράτηση υγρών και αντιμικροβιακή προστασία.
- Να περιέχει μία **ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ 75 X 75 cm**
Αδιαπέραστη, απορροφητική πετσέτα/πεδίο (3) τριών στρωμάτων LSP3 με αυτοκόλλητα άκρα που να συμβάλλει στη μείωση της μόλυνσης του τραύματος και του ποσοστού μετεγχειρητικής μόλυνσης. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σχεδόν οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση και να ενδείκνυται για επεμβάσεις μακράς διάρκειας.
- **Να περιέχει μία ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 9 X 49 cm**
Να είναι υποαλλεργική . Η κόλλα στα χειρουργικά πεδία και στην ταινία στήριξης να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη χωρίς να αφήνει κενά.
- Να περιέχει ένα **ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ 150 X 190 Abs.75x190cm FOLDED**
Να είναι Ενισχυμένο Υπέρ απορροφητικό μη υφασμένο υλικό (non-woven) (3) τριών στρωμάτων LSP3 ++ με επίστρωση πολυαιθυλενίου (PE) για συγκράτηση υγρών και αντιμικροβιακή προστασία.
- Να περιέχει τέσσερις **ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΠΕΤΣΈΤΕΣ ΧΕΡΙΩΝ 18 X 25cm**
Να είναι Απορροφητικές υποαλλεργικές πετσέτες κυτταρίνης (lint free) -χωρίς να αφήνουν υπολείμματα ινών και χνουδιών και να είναι κατάλληλες για επεμβάσεις μακράς διάρκειας.
- Να περιέχει Αυτοκόλλητο **ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 250/175/270x260cm Adh.ap.25x30cm Perin.13x24cm** . Να είναι Ενισχυμένο μη υφασμένο υλικό (non-woven) τριών στρωμάτων από απορροφητικό μη υφαντό υλικό Κατάλληλο για μακράς διάρκειας χειρουργικές επεμβάσεις. Υπερ απορροφητικό με ανοίγμα λαπαροσκοπικής οπής αυτοκόλλητου πεδίου 25 X 30 cm περιν. Πεδίου 13 X 24 cm. Να είναι Ενισχυμένο και αδιαπέραστο και να προστατεύει από υγρά και βακτήρια για την ασφάλεια του ασθενούς. Από εύκαμπτο υλικό ώστε να επιτρέπει να προσκολλάται τέλεια στο χειρουργικό σημείο. Να είναι διπλωμένο και συσκευασμένο έτσι ώστε να εγγυάται μια απλή και άσηπτη εφαρμογή η οποία να μπορεί να πραγματοποιηθεί από ένα μόνο άτομο.
Οι διαφανείς, ελαστικές και προσαρμόσιμες αυτοκόλλητες άκρες να επιτρέπουν αποτελεσματική κάλυψη στα περιγράμματα του σώματος. Να είναι πιστοποιημένο προϊόν **ISCC** μιας χρήσης ως προς το βιολογικό του αποτύπωμα.
- Να περιέχει ένα **BNS MAYO ΚΑΛΥΜΜΑ 79x145 cm**
Κατασκευή υλικού τεχνολογίας (3) στρωμάτων . Ενισχυμένο μη υφασμένο υλικό (non-woven) με ειδική επίστρωση πολυαιθυλενίου (PE) για συγκράτηση υγρών και αντιμικροβιακή προστασία. Να είναι πιστοποιημένο προϊόν **ISCC** μιας χρήσης ως προς το βιολογικό του αποτύπωμα.
- Να περιέχει **ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ 7.0** Αποστειρωμένα Χειρουργικά Γάντια Powder free – χωρίς πούδρα.
Να έχουν AQL σκορ 0.65.Με υδρόφιλη επίστρωση ρητίνης (υδρογέλη) στο εσωτερικό του γαντιού που να μειώνει την τριβή με το χέρι του χρήστη κατά την εφαρμογή και κατά την αφαίρεση του και να επιτρέπει την εφαρμογή τους ακόμα και με βρεγμένα χέρια. Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με κυτταροτοξικούς παράγοντες και ενδείκνυται η εφαρμογή τους με indicator system εσωτερικού χρωματισμού.
- Να περιέχει **ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ 7.5** Αποστειρωμένα Χειρουργικά Γάντια Powder free – χωρίς πούδρα.
Να έχουν AQL σκορ 0.65.Με υδρόφιλη επίστρωση ρητίνης (υδρογέλη) στο εσωτερικό του γαντιού που να μειώνει την τριβή με το χέρι του χρήστη κατά την εφαρμογή και κατά την αφαίρεση του και να επιτρέπει την εφαρμογή τους ακόμα και με βρεγμένα χέρια. Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με κυτταροτοξικούς παράγοντες και ενδείκνυται η εφαρμογή τους με indicator system εσωτερικού χρωματισμού.
- Να περιέχει δύο (2) **ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΤΡΟΚΑΡ Bladeless Dilating Tip 5mm/100mm**
Trocac σχεδιασμένα με χαμηλού προφίλ περίβλημα .

Να είναι με διάφανο ραβδωτό σωληνίσκο - κάνουλα για εύκολη οπτικοποίηση χειρουργικών ενδοσκοπικών λαπαροσκοπικών οργάνων και αποτελεσματική συγκράτηση του κοιλιακού τοιχώματος.

Ο σπειροειδής σωληνίσκος να παρέχει υψηλή στερέωση του τοιχώματος στην κοιλιά για να διευκολύνει τη συχνή αλλαγή οργάνου κατά τη λειτουργία. Με ενσωματωμένο σταθεροποιητή και πλήρως αφαιρούμενο μετατροπέα για να διευκολύνει την αφαίρεση παρασκευασμάτων. Με τεχνολογία κατευθυνόμενης εισαγωγής χειρουργικού εξοπλισμού.

- Να περιέχει ένα **HASSON TROCAR 11mm / 100mm** , ατραυματικό 5mm - 11mm, με ενσωματωμένο σταθεροποιητή και αφαιρούμενο μειωτήρα χαμηλού προφίλ και κωνοειδές σπείρωμα σταθεροποίησης.
- Να περιέχει δύο (2) **ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΤΡΟΚΑΡ Bladeless Dilating Tip Trocar 11mm/100mm** Trocar σχεδιασμένα με χαμηλού προφίλ περίβλημα .
Να είναι με διάφανο ραβδωτό σωληνίσκο - κάνουλα για εύκολη οπτικοποίηση χειρουργικών ενδοσκοπικών λαπαροσκοπικών χειρουργικών οργάνων και αποτελεσματική συγκράτηση του κοιλιακού τοιχώματος.
Ο σπειροειδής σωληνίσκος να παρέχει υψηλή στερέωση του τοιχώματος στην κοιλιά για να διευκολύνει τη συχνή αλλαγή οργάνου κατά τη λειτουργία. . Με ενσωματωμένο σταθεροποιητή και πλήρως αφαιρούμενο μετατροπέα για να διευκολύνει την αφαίρεση παρασκευασμάτων. Με τεχνολογία κατευθυνόμενης εισαγωγής χειρουργικού εξοπλισμού.
- Να περιέχει **ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΩΛΗΝΩΝ - TUBE HOLDER 2,5X30CM VELCRO/ADH**
Να είναι Σχεδιασμένο για όλα τα μεγέθη
- Να περιέχει **ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ METZENBAUM 5MM 33CM**
Να είναι Μονοπολικό Ψαλίδι σχεδιασμένο για την ακριβή ελεγχόμενη ανατομή, πήξη και διατομή αγγείων και ιστών. Να είναι με περιστρεφόμενο 360 μονωμένο άξονα διαμέτρου 5 mm. Σιαγόνες διπλής δράσης κυρτό, μήκος σιαγόνων 14.5 χιλ., μεγέθους 3 χιλ.
- Να περιέχει **ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ Clinch 5mm 33cm with Ratchet**
Να είναι μονοπολική λαβίδα με εργονομική λαβή με διπλές αρθρωτές άκρες σιαγόνων διπλού ανοίγματος πλήρως μονωμένη. Να είναι με περιστρεφόμενο 360 μονωμένο άξονα και σύστημα κλειδώματος ασφαλείας πολλαπλών θέσεων.
- Να περιέχει **ΕΥΘΕΙΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ 5mm 33cm with Ratchet – Fenestrated**
Να είναι μονοπολική ευθεία ατραυματική λαβίδα πλήρως μονωμένη με διπλές αρθρωτές άκρες σιαγόνων διπλού ανοίγματος Να είναι με περιστρεφόμενο 360 μονωμένο άξονα και σύστημα κλειδώματος ασφαλείας πολλαπλών θέσεων.
- Να περιέχει **ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ Maryland Dissecting 5mm 33cm with Ratchet** . Να είναι μονοπολική λαβίδα ανατομής/διατομής με εξελιγμένα τερματικά άκρα και έναν περιστρεφόμενο 360 άξονα διαμέτρου 5 mm πλήρως μονωμένο και διπλές αρθρωτές άκρες σιαγόνων. Με σιαγόνες διπλής δράσης
- Να περιέχει **ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ L Hook electrode 5mm 33cm** μίας χρήσης. Με πιστοποιημένη υψηλής ποιότητας σωλήνα μόνωσης.
Να έχει επίστρωση PTFE στο ενεργό τμήμα του ηλεκτροδίου που να μειώνει την πρόσφυση , ελαχιστοποιώντας τη χειρουργική διακοπή πράξης και μειώνοντας τη θερμική εξάπλωση και τη νέκρωση των ιστών που προκύπτει. Η ενεργοποίηση να είναι και με το χέρι και με σύστημα foot pedal .
- Να περιέχει **ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ 5mm / 33cm Dual Spike**
Σύστημα πλύσης έκπλυσης (αναρρόφησης) με εργονομική χειρολαβή που να μπορεί να λειτουργήσει με οποιοδήποτε χέρι. Με Διαφανές χειρολαβή χωρίς να εμποδίζει την οπτική επαφή. Να είναι Μαλακής και χαμηλής εσωτερικής ροτής η σωλήνωση χωρίς DEHP. Με σύστημα αντίστροφης ροής σε περίπτωση μπλοκαρίσματος
- Να περιέχει **ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΑΚΟ Detachable EndoRetrieval Pouch 250-300ml 10mm** με χειρολαβή τύπου 3-ring. Να είναι εξαιρετικά ανθεκτική νάιλον σακούλα επικαλυμμένη με TPU, με ενισχυμένο πάτο για να εξασφαλίζει την στεγανότητα, την υψηλή αντοχή αποκόλλησης και την εξαιρετική απόδοση αντοχής στο σχίσιμο. Να υπάρχουν ενδείξεις προσανατολισμού ανοίγματος του σάκου κατά την τοποθέτηση του. Να είναι φτιαγμένος από μεταλλικά επικαλυμμένα ελάσματα

προστασίας στη διαδικασία ανοίγματος. Η ράβδος ώθησης να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και οι βραχίονες πόλωσης νιτινόλης να παρέχουν σταθερή δύναμη συγκράτησης για βέλτιστη φόρτωση του δείγματος / ιστού παρέχοντας ταυτόχρονα το φαινόμενο μνήμης και επαναφοράς. Να περιέχει ράμμα περίπαρσης.

- ***Αναγκαία προσκόμιση από μέρος του προμηθευτή, πιστοποιητικό εκπροσώπησης (εξουσιοδότηση) από το εργοστάσιο παραγωγής, για το συγκεκριμένο αίτημα (ενισχυμένο χειρουργικό πακέτο χολοκυστεκτομής) , για την εύρυθμη και συνεχή προμήθεια του νοσοκομείου.***