

Παρακαλώ πολύ όπως προβείτε στην προμήθεια των παρακάτω αναλωσίμων ειδών για τους νοσηλευόμενους ασθενείς του τμήματος.

ΗΜΕΡΩΝ. 10x30cm – UNO ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 15
τεμάχια 1 (ένα)

ΗΜΕΡΩΝ. 10x20cm – UNO ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 15
τεμάχια 1 (ένα)

Αναλυτική περιγραφή:

A)Σύστημα αρνητικής πίεσης, μιας χρήσης, για θεραπεία 15 ημερών. Να αποτελείται από τα κάτωθι μέρη: 1) Φορητή επαναφορτιζόμενη αντλία μιας χρήσης. Να διαθέτει λειτουργία συνεχόμενης και εναλλασσόμενης θεραπείας αρνητικής πίεσης με δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης -125mmHg και - 80mmHg. Να διαθέτει 3 οπτικές και ηχητικές ειδοποιήσεις ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της. 2) 5 αποστειρωμένα αυτοκόλλητα επιθέματα. Τα επιθέματα να διατίθενται στις ακόλουθες διαστάσεις: α)10X30εκ και να περιλαμβάνουν ταινίες στήριξης για επιπρόσθετη στεγανοποίηση. 3) 2 κάνιστρα 70 ml, 4) θήκη μεταφοράς και 5) τροφοδοτικό φόρτισης.

B)Σύστημα αρνητικής πίεσης, μιας χρήσης, για θεραπεία 15 ημερών. Να αποτελείται από τα κάτωθι μέρη: 1) Φορητή επαναφορτιζόμενη αντλία μιας χρήσης. Να διαθέτει λειτουργία συνεχόμενης και εναλλασσόμενης θεραπείας αρνητικής πίεσης με δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης -125mmHg και - 80mmHg. Να διαθέτει 3 οπτικές και ηχητικές ειδοποιήσεις ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της. 2) 5 αποστειρωμένα αυτοκόλλητα επιθέματα. Τα επιθέματα να διατίθενται στις ακόλουθες διαστάσεις: α)10X20εκ και να περιλαμβάνουν ταινίες στήριξης για επιπρόσθετη στεγανοποίηση. 3) 2 κάνιστρα 70 ml, 4) θήκη μεταφοράς και 5) τροφοδοτικό φόρτισης.

Παράγοντες-σκοπιμότητα χρήσης

1. Ύπαρξη κάποιου από τους παρακάτω κύριους παράγοντες επιπλοκών χειρουργικού πεδίου που σχετίζονται με τον ασθενή:

- ΔΜΣ $\geq 40 \text{ kg/m}^2$ ή $\leq 18 \text{ kg/m}^2$
- Ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης
- Νεφρική αιμοκάθαρση

2. Υψηλή Συχνότητα / Υψηλή βαρύτητα επιπλοκών

Ο ασθενής έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση που έχει υψηλότερη συχνότητα ή/και υψηλότερη βαρύτητα επιπλοκών χειρουργικού πεδίου.

3. Άλλοι παράγοντες κινδύνου

Παρουσία 2 ή περισσότερων άλλων παραγόντων σημαντικού ή μέτριου κινδύνου επιπλοκών χειρουργικού πεδίου που σχετίζονται με τον ασθενή ή με τη συγκεκριμένη επέμβαση.