

ΣΕΤ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕ ΦΙΑΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

- 1) Μόνιμος εμφυτευόμενος καθετήρας παροχέτευσης πλευριτικών συλλογών για μακροχρόνια, διακοπτόμενη ή επαναλαμβανόμενη παροχέτευση.
- 2) Ο καθετήρας να φέρει ενσωματωμένη βαλβίδα μη αντεπιστροφής με κλείδωμα τύπου Bayonet που να κλειδώνει (locking connection) όταν ενώνεται με τη φιάλη παροχέτευσης ενώ όταν δεν χρησιμοποιείται για παροχέτευση να παραμένει στεγανός και ασφαλής.
- 3) Ο καθετήρας να τοποθετείται με τεχνική Seldinger και διάνοιξης υποδόριας σήραγγας.
- 4) Ο καθετήρας να είναι κατασκευασμένος από σιλικόνη, να είναι μεγέθους **16fr** και μήκους μεγαλύτερου από **67cm**.
- 5) Να φέρει 30 περιφερειακές οπές ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος απόφραξης, οι οποίες να έχουν διάμετρο κατ' ελάχιστο 2mm ώστε να επιτυγχάνεται βέλτιστη ροή.
- 6) Καθ' όλο το μήκος του να φέρει ακτινοσκοπική γραμμή.
- 7) Ο καθετήρας να φέρει πολυεστερικό cuff μήκους τουλάχιστον **12mm** για τη δημιουργία ιστού κοντά στην έξοδό του από την υποδόρια σήραγγα και την αποτροπή του κινδύνου λοιμώξεων. Η απόσταση μεταξύ του cuff και των οπών να είναι κατ' ελάχιστο 15cm για την ελαχιστοποίηση υποδόριας διαρροής.
- 8) Το σετ να περιλαμβάνει επίσης:
 - a) Οδηγό σύρμα με άκρο J, Μεταλλικό διαστολέα (tunneler)
 - b) Αποσχιζόμενο θηκάρι εισαγωγής 16fr
 - c) Βελόνα εισόδου σύρματος 18G
 - d) Σύριγγα των 10ml
 - e) Λαβίδα δημιουργίας σήραγγας
 - f) Αφρώδες επίθεμα με σχισμή
 - g) Γραμμή παροχέτευσης με βαλβίδα
 - h) Κάλυμμα βαλβίδας
 - i) Διάφανο αυτοκόλλητο επίθεμα
- 9) Να συνοδεύεται από 1 φιάλη παροχέτευσης κενού αέρος περιεκτικότητας 1000ml και έναν ασκό παροχέτευσης με βαλβίδα εκκένωσης

Νικόλαος Χαροκόπος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Διευθυντής Καρδιοπνευμονολογικής Κλινικής
Π.Γ.Ν.Π. "ΣΑΡΑΓΕΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ"
ΑΜ ΤΣΑΥ: 69118 ΑΜΚΑ: 24056303738