

Σωλήνας εμφύσησης CO₂ με φίλτρο, θερμαινόμενος

1. Το φίλτρο να είναι υδροφοβικό και από τις δύο πλευρές,
2. Να έχει ενσωματωμένο νήμα για τη θέρμανσή του αερίου στου 37°C
3. Να έχει δυνατότητα ροής αερίου έως 50 l/min
4. Να είναι σε συσκευασία μιας χρήσης
5. Να είναι πλήρως συμβατός για χρήση με τη συσκευή KARL STORZ ENDOFLATOR® 50 που διαθέτει το νοσοκομείο.
6. Να έχει μήκος 300 cm
7. Να είναι σε συσκευασία των 10 τεμαχίων