

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
26500 ΡΙΟ-ΠΑΤΡΑ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Καθηγητής Ουρολογίας

Τηλ/Fax: 2610- 994479
e-mail: giannitsaskon@yahoo.com

25/09/2025

Θέμα: Προδιαγραφές γυναικείας υποουρηθρικής ταινίας ακράτειας ούρων (TOT)

Η γυναικεία υποουρηθρική ταινία ακράτειας ούρων θα πρέπει

A. να κατασκευάζεται από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο με λειασμένες άκρες και με χαμηλή ελαστικότητα περίπου 7,5%.

B. Να προσφέρεται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία σε σετ με ειδικές βελόνες ελικοειδείς και C μιας χρήσης για προσπέλαση μέσω του θυρεοειδούς από έξω προς τα μέσα.

ΠΑΝ/ΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ
Α.Μ. ΤΑΥ:86607 - ΑΜΚΑ:27037203117