

Προς: Γραφείο Προμήθειας Υλικού

Θέμα: "Προδιαγραφές συστήματος κοιλιακής ταινίας ελεύθερης τάσης τοποθέτησης διαμέσου θυρεοειδών τρημάτων για την αντιμετώπιση της γυναικείας ακράτειας ούρων".

1. Το σύστημα να περιέχει μία ταινία και δύο (2) βελόνες τοποθέτησης μιας χρήσης.
2. Η ταινία να αποτελείται από μη απορροφήσιμο μονόκλωνο πολυπροπυλένιο, διαστάσεων 1.1cm X 22cm, πάχους 0,66mm, μεγέθους πόρων 1182μm, διαμέτρου ινών 0,15mm και βάρους 100g/m².
3. Να διαθέτει θερμικά επεξεργασμένη κεντρική ζώνη μήκους 4cm ετικέτα κεντραρίσματος, πλαστικό περίβλημα ασφαλείας, και έγχρωμους διαστολείς με θηλιές ράμματος.
4. Οι βελόνες τοποθέτησης να είναι κυρτές ή ελικοειδείς από ανοξείδωτο ατσάλι με ενσωματωμένη αντιολισθητική εργονομική λαβή