

Τίτλος: αναλώσιμο κρουνευρόλυσης διεγχειρητικής εφαρμογής αρθροπλαστικής γόνατος.

Το σύστημα κρουνευρόλυσης να παρέχει τη δυνατότητα τουλάχιστον δυο διαφορετικών πηγών αερίων CO₂ (-78°C) και NO₂ (-89°C) .Το σύστημα να παρέχει δύο επιλογές ψύξης (συνεχής και παλμική) , με δυνατότητα νευροδιέγερσης για αισθητικά και κινητικά τεστ για την μέγιστη ασφάλεια του ασθενούς κατά την εφαρμογή.

Το σύστημα να δύναται να παρέχει φωνητική επικοινωνία με τον χειριστή, καθώς επίσης να είναι συμβατό τουλάχιστον με σαρωτές απεικόνισης τυπου USG, CT, XRAY.

Επίπροσθέτως το σύστημα να διαθέτει προκυρτωμένο τριγωνικό ατραυματικό ηλεκτρόδιο κρουνευρόλυσης διεγχειρητικής εφαρμογής για ανοιχτές ή και μίνι ανοιχτές επεμβάσεις αρθροπλαστικής γόνατος, συνολικού μήκους 15 εκατοστών και 4,5 εκατοστών ενεργού άκρου.

Τα αναλώσιμα υλικά να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με την γεννήτρια, για αποφυγή τυχόν ασυμβατότητας μεταξύ αυτών.

Σημειώνεται ότι βάσει της Εγκυκλίου 2501/2022 της ΕΚΑΠΥ με θέμα «Εναρμόνιση των φορέων υγείας με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα», στις περιπτώσεις που οι

υποψήφιοι δεν κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους κατασκευαστική μονάδα, στην προσφορά τους πρέπει επιπρόσθετα να επισυνάψουν βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστή ότι υφίσταται επίσημη συνεργασία με τον εισαγωγέα / διανομέα, (ή αντίγραφο της συμφωνίας τους και εντολής προς τον εισαγωγέα).