

**Θέμα : ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Προμήθεια 2 τροχήλατων διαγνωστικών εξεταστικών μεγεθυντικών φακών με φωτισμό LED για τα 2 ΤΕΙ της Δερματολογικής Κλινικής ΠΓΝΠ**

**Σας παρακαλώ να προβείτε** στις απαραίτητες ενέργειες για την προμήθεια 2 τροχήλατων διαγνωστικών εξεταστικών μεγεθυντικών φακών με φωτισμό LED, για τα 2 ΤΕΙ της Δερματολογικής Κλινικής ΠΓΝΠ (1 στο κάθε Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο) , προκειμένου να καλυφθούν οι επείγουσες ανάγκες λειτουργίας της.

Οι 2 διαγνωστικοί εξεταστικοί μεγεθυντικοί φακοί LED που υπήρχαν στα ΤΕΙ έχουν βγει προς αχρήστευση , με αποτέλεσμα να προκύπτει σοβαρό πρόβλημα στην καθημερινή κλινική εξέταση των ασθενών που προσέρχονται στα ΤΕΙ.

Οι τροχήλατοι διαγνωστικοί εξεταστικοί μεγεθυντικοί φακοί LED, συγκαταλέγονται στα πλέον χρήσιμα και απαραίτητα εργαλεία της καθημερινής διαγνωστικής εξεταστικής πρακτικής των δερματολόγων ιατρών.

Λόγω της μεγεθυντικής ιδιότητας και του αυξομειούμενου φωτισμού LED που διαθέτουν, εξασφαλίζουν σημαντική διαγνωστική ακρίβεια στην κλινική εξέταση των δερματικών αλλοιώσεων, αποτρέποντας πολλές φορές την διενέργεια άλλων επεμβατικών επώδυνων και δαπανηρών διαγνωστικών εξετάσεων στους ασθενείς (π.χ βιοψίες, χειρουργικές εκτομές κ.α). Επίσης συνεισφέρουν θεραπευτικά στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δερματικών βλαβών με επεμβατικές μεθόδους (ηλεκτροκαυτηριασμός, κρυοπηξία, Laser κ.α), αφού με την χρήση τους

γίνονται αντιληπτές δυσδιάκριτες και πολλές φορές αόρατες με τον γυμνό οφθαλμό βλάβες του δέρματος.

Η τροχήλατη βάση διευκολύνει την μετακίνηση του εξεταστικού μεγεθυντικού φακού LED, επιτρέποντας την καλύτερη κλινική εξέταση ολόκληρου του δέρματος των ασθενών.

**Πιθανό Κόστος ανά τεμάχιο : 600,00 + 24% ΦΠΑ**

**Τεχνικές προδιαγραφές : επισυνάπτονται**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΑΚΟΥ LED

- Μεγεθυντικός φακός, με εργονομικό βραχίονα για την αποφυγή καταπόνησης του και τροχήλατη βάση στιβαρής κατασκευής του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με δυνατότητα αυξομειούμενου ύψους.
- Να διαθέτει πεδίο φωτισμού περίπου 90 LEDs.
- Να διαθέτει διάμετρο  $\varnothing$  160 mm, μεγέθυνση 3,5 dpt και δυνατότητα αυξομειούμενο φωτισμού.
- Να διαθέτει ακρυλικό φακό με 3,5 δίοπτρες.
- Να διαθέτει χαρακτηριστικά για εξασφάλιση μικρότερης παρασκιάς και βέλτιστης απόδοσης χρωμάτων.
- Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ενσωματωμένου φωτισμού τύπου “woodlight”, το οποίο να προσφερθεί προς επιλογήν.
- Το περίβλημα του να είναι ανθεκτικό υψηλής ποιότητας.
- Να διαθέτει πιστοποίηση και να διατίθεται από αντιπρόσωπο με τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων
- Να υπάρχει πλήρης τεχνική εξυπηρέτηση (service) και επάρκεια αναλωσίμων
- Η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτει επάρκεια ανταλλακτικών για 10 χρόνια και εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 χρόνια